

Name	
Datum	
Eingewiesen durch (Name und Unterschrift)	Der Einweiser muss Key-User sein, der die Ersts Schulung erfolgreich absolviert hat!
Thema	Ersteinweisung in das apotec® NIR-System
Inhalt der Schulung (Alle Punkte sind abzuhaken)	<p>Theoretischer Teil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Studium der Bedienungsanleitung <input type="checkbox"/> Hinweise zur Stoff-Liste <input type="checkbox"/> Hinweise zur Stoff-Validierungsdokumentation <input type="checkbox"/> Probenvorbereitung <input type="checkbox"/> Durchführung der Messung üblicher Substanzen <input type="checkbox"/> Durchführung der Messung von Cannabisblüten <input type="checkbox"/> Interpretation des Messergebnisses <input type="checkbox"/> Erstellen des Prüfprotokolls <p>Praktischer Teil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Durchführung von mind. 2 Messungen Feststoffe <input type="checkbox"/> Durchführung von mind. 2 Messungen Cannabisblüten <input type="checkbox"/> Durchführung von mind. 2 Messungen flüssig / halb feste Zubereitungen <p>HINWEIS: Die Messung von Cannabisblüten kann nur bei Vorhandensein des Cannabis-Moduls durchgeführt werden!</p>
Praxistest	
Messung von mind. 2 festen Substanzen	Stoff 1: _____ Stoff 2: _____ Stoff 3: _____
Messung von mind. 2 Cannabisblüten- Sorten unterschiedli- cher Klassifikation	Cannabisblüte 1: _____ Cannabisblüte 2: _____ Cannabisblüte 3: _____
Messung von mind. 2 flüssigen oder halbfesten Substanzen	Stoff 1: _____ Stoff 2: _____ Stoff 3: _____
Unterschrift	Einweiser _____ geschulter Mitarbeiter _____
Ggf. Schulungsreview /-Bewertung durch die Apothekenleitung	<p>Der Mitarbeiter ist in der Lage, das NIRS-Gerät zu bedienen und darf Ausgangsstoffprüfungen mit diesem Gerät durchführen.</p> <p>FB_Überprüfung des Schulungserfolges bestanden?</p> <p><input type="checkbox"/> ja</p> <p><input type="checkbox"/> nein Nachschulung am _____ notwendig.</p>

Mit meiner Unterschrift als geschulter Mitarbeiter bestätige ich, dass ich die Inhalte der Geräteschulung verstanden habe und in der Lage bin, das NIRS-Gerät selbsttätig zu bedienen.